

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-028	REFERENCIA PS/MAM/101491
PRODUCTO Implantes dentales Alef, Til, Conix. UDI-DI Básico 7290018434IMP7S. Ver números de catálogo de los productos afectados en el formulario de acción de campo de la empresa.	
Nº LOTE Ver números de lote de los productos afectados en el formulario de acción de campo de la empresa.	
FABRICANTE Medical Systems and Devices International Ltd. Israel.	
DISTRIBUIDOR ODONTOSIX SL. C/ Ibi 7, ptl 1 3 6. Terramelar. 46980, Paterna. Valencia.	
ASUNTO Retirada del mercado de de los implantes dentales Alef, Til y Conix envasados en tubos dobles, debido a que no superaron la prueba de vacío de tinte tras la simulación en condiciones ambientales y de transporte por lo que no se puede garantizar su esterilidad.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Formulario de acción de campo 23-001	

